



изх. № 4704 – 2607 (1)
25.07.2018 г.

РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 33, АЛ. 1 И АЛ. 2 ОТ ЗОП

На основание чл. 33, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, във връзка с писмено искане за разяснения, заведено в деловодството на общинска администрация – Сливен, под вх. № 4704 - 2607/23.07.2018 г., относно открита процедура с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0014-C01 по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, по три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане“; Обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на специализирано оборудване“; Обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на техническо оборудване“, Ви предоставяме следните разяснения по документацията за участие:

Въпрос № 1 – По процедура за избор на изпълнител за извършване на доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване по проект „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в Община Сливен“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-5.001-0014-C01 по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, по три обособени позиции: Обособена позиция 1 „Доставка и монтаж на обзавеждане“; Обособена позиция 2 „Доставка и монтаж на специализирано оборудване“; Обособена позиция 3 „Доставка и монтаж на техническо оборудване След разглеждане на документацията има неяснота относно две от позициите от ОП 2 Стационарно повдигащо устройство и система за анализ и контрол Хаспис за хранене.

1.Относно позиция „стационарни повдигащи устройство“ - Какво се има предвид под стационарно устройство? Какво се има предвид платформа? Къде трябва да бъде захванато стационарното устройство? Каква е дължината на стълбите, които трябва да се преодоляват? Моля да дадете пример.

Отговор на въпрос № 1 – Стационарното повдигащо устройство е устройство за изкачване на стълби, осигуряващо достъпност за хора с инвалидна количка. Под „стационарно“ се има предвид закрепено, в повечето случаи към стена, устройство. Платформата е частта от устройството, върху която стъпва инвалидната количка. Възложителят е поставил изискване за противохлъзгащо покритие на платформата. В повечето случаи устройството е захванато за стената, посредством релса. Дължината на стълбите има отношение единствено към дължината на релсата, тъй като самото устройство е стандартно и не зависи от размера на стълбите. Строително-монтажните работи по сградата са възложени на инженеринг и предстои ремонт, в т.ч. и на стълбищата, поради което към настоящия момент не може да се даде информация за точна дължина на стълбите. Възложителят не може да даде пример за „стационарно повдигащо устройство“, тъй като същият ще се възприеме за рефериране към конкретен модел или марка.

Въпрос № 2. Относно позиция „система за анализ и контрол Хаспис за хранене“ - Хаспис търговско наименование ли е? Системата от един или два апарата се състои, съответно за измерване на нитрати и на твърди частици ?

Отговор на въпрос № 2 – Хаспис не е търговско наименование. Възложителят не е поставил изискване за брой на апаратите, а единствено за техните функции – възможност за измерване наличието на нитрати в плодове, зеленчуци, месо и детски храни и количеството твърди частици във водата.

РУМЕН ИВАНОВ /п. п./*

Заместник-кмет на община Сливен

Възложител съгласно Заповед № РД 15 – 1138

от 25.08.2016 г.

***Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД**